

Tabela z parametrami technicznymi (do wypełnienia).

Lp.	Parametr techniczny	Stawiane wymagania	Wymagania posiadane przez oferowane urządzenie
1	wysokość zewnętrzna	Nie więcej niż 2200 mm	
2	wysokość wewnętrzna	Nie mniej niż 2000 mm	
3	szerokość zewnętrzna	Nie więcej niż 900 mm	
4	szerokość wewnętrzna	Nie mniej niż 710 mm	
5	głębokość	Nie więcej niż 600 mm	
6	<u>Temperatura podczas pracy:</u>	od -10°C do +55°C	
7	<u>Wilgotność względna</u>	do 95 %, bez kondensacji	
8	<u>Stopień ochrony</u> wg EN 60529	IP 20	
	zgodność z wymogami emisja: EN 61000-6-3	TAK	
	zgodność z wymogami EN 61000-6-1	TAK	
	<u>Certyfikat CE</u>	TAK	
9	<u>Zasilanie min.:</u> -	AC od 100 do 240 VAC, 50 – 60 HZ	
10	<u>Zasilanie akumulatorowe</u>	do 12 godzin bez zasilania sieciowego	
11	<u>Alarm</u>	dźwiękowy i optyczny	
12	<u>Programy</u>	min. 8 stref regulowanych indywidualnie	
13	<u>Kalibracja</u>	ustawienie automatyczne lub ręczne	
14	<u>System diagnostyki:</u>	Informacja o usterkach wyświetlana na wyświetlaczu	
15	<u>Wyświetlacz</u>	LCD	
16	<u>Zespół zakładanych kółek</u> ułatwiający przewożenie.	TAK	
17	Opcjonalnie – zestaw przylepcowy, który zabezpieczać ma przed poruszaniem a podłogę przed zniszczeniem.	TAK	
18	Nieszkodliwy dla kobiet w ciąży i ludzi z rozrusznikiem serca.	TAK	
19	<u>Gwarancja:</u>	24 miesiące	